

INTENSITY 12 - QUICK START GUIDE - Spanish

- 1) Para insertar la batería, presione hacia abajo en la parte superior del clip de cinturón para soltar y luego retire la tapa de la batería
- 2) Presione el botón azul para encender/apagar el dispositivo o para regresar a la pantalla principal
- 3) Seleccione y presione uno de los botones terapéuticos para las partes del cuerpo, cada uno tiene 3 programas, P1 y P2 que están preprogramados y U1 un modo manual/personalizado para ser configurado por el médico. (vea abajo)
- 4) Presione el botón S para ingresar el tiempo de tratamiento, los minutos parpadearán en la pantalla, use los botones más (+) o menos (-) para ajustar el tiempo, cuando termine, presione S para confirmar y regresar a la pantalla de inicio, ahora está listo para comenzar el tratamiento aumentando la intensidad con los botones más (+)
- 5) Bloqueo de seguridad: el dispositivo se bloquea después de que la estimulación haya estado activada durante 20 segundos y se hayan llenado todos los ajustes, se mostrará un indicador de una llave en la pantalla, para desbloquear presione cualquiera de los botones menos (-)
- 6) U1- modo manual/personalizado: con el mismo botón S que ingresó el tiempo de tratamiento en los modos de preprogramación, notará que después de configurar el tiempo y presionar el botón S nuevamente, el siguiente parámetro disponible para el ajuste comenzará a parpadear, después de que se han ajustado todos los parámetros disponibles, presione el botón S y volverá a la pantalla principal donde todo estará listo para encender y comenzar el tratamiento.